



中国认可
检测
TESTING
CNAS L2865

检 测 报 告

报告编号 DNW-20210800007

产品名称 工业声学成像仪

委托单位 杭州兆华电子有限公司

受检单位 杭州兆华电子有限公司

检测类别 委托检验

浙江省计量科学研究院
2021年08月09日



浙江省计量科学研究院 检测报告

样品名称	工业声学成像仪	检测类别	委托检验
型号规格	CRY2622	商 标	/
生产日期 或批号	/	出厂编号	216BD022
委托单位	杭州兆华电子有限公司	受检单位	杭州兆华电子有限公司
委托单位 地址	浙江省杭州市余杭区闲兴街道闲兴路 31-1号	生产单位	杭州兆华电子有限公司
样品准确度等级/测量不确定度/最大允许误差 (适用时)		/	
送样单位	杭州兆华电子有限公司	样品等级	/
送样数量	1 台	到样日期	2021. 8. 3
抽 样 者	/	抽样日期	/
抽样数量	/	抽样地点	/
抽样基数	/	检测地点	本院电能所环境与可靠性实验室
检测依据	GB/T 4208-2017	检测日期	2021. 8. 5
检测项目	外壳防护等级		
样品状态 描述	外观正常, 适合检测		
检 测 结 论	依据 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP 代码)》的要求对所送样品进行检测, 所检项目仅提供检测结果。 <div style="text-align: right;">  签发日期 2021年08月09日 </div>		
备 注	样品来源信息为客户提供, 本机构不负责其真实性。		

批准: 周毅周

审核: 张红雨

编制: 曲浩

职务: 教授级高级工程师



序号	检测项目	标准或技术条件要求	样品号	检测结果
1	外壳防护等级	IP54	92022851534	符合

以下空白



声 明

- 1、 报告无“检测专用章”无效。
- 2、 本机构仅对加盖“检测专用章”的完整报告负责。
- 3、 未经本机构书面批准，部分复印本报告内容无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 若对本报告有异议，请及时提出。
- 6、 本次检测结果仅对所检样品有效。

地址：浙江省杭州市江干区下沙路 300 号 咨询电话：0571-85027145

邮政编码：310018

网 址：www.zjim.cn

ZJIM

